

Hjertestarter servicereport

Hjertestarter

Model: AED Plus DK (Pictured Cover)

Serienr.: X17E918259

Kunde

Navn: G/F Esrumhøj

Mail:

Adresse: Lærkevej 36

Kontaktperson: Ib Lavendt

Postnr. & by: DK-3000

Mail til kontaktperson: ibbermanski@icloud.com

Telefon:

Placering af hjertestarter

Adresse: Lærkevej 26

Postnr. & by: 3000Helsingør

Placering: På husmur

Service udført den 11-02-2021

| | |
|---|--|
| ✓ Visuel kontrol af hjertestarter | ✓ Kontrol af RFU-indikator |
| ✓ Batteri: Kontrolleret | ✓ Batterikapacitet: 42 % |
| ✓ Stødpads: Voksenpads kontrolleret | |
| ✓ Stødpads og batteri udløb: 01-01-2024 | ✓ Software kontrolleret: Version 06.32 |
| ✓ Hjertestarter rengjort og klar til brug | ✓ Data udlæst |
| ✓ Kontrol af hjertestarterskab | Vejledning i kontrol af hjertestarter og -skab |

Bemærkninger

Servicerapport udarbejdet

13. februar 2021

Dato

Bjørn Ikast Kjær Christensen

Hjertevagt